

Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Мурмашинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка»
(ГОБУ «МЦПД «Журавушка»)

184358, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, ул. Молодежная, 1 «А».
Тел./факс (815-53) 79-142 E-mail: juravushka95@mail.ru

«25» декабря 2015 г. № 881
на №__ от «__» _____ 20__ г.

В Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения
Территориальный орган Росздравнадзора
по Мурманской области

**Информация
о выполнении предписания и принятых мерах.**

ГОБУ «МЦПД «Журавушка» на Ваше предписание об устранении выявленных нарушений от 11.12.2015 года №119 предоставляет следующую информацию о выполнении предписания и принятых мерах:

1. Организована работа по выявлению в обороте незарегистрированных медицинских изделий, медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям, согласно писем Росздравнадзора. Ежемесячно предоставляется информация в Росздравнадзор по Мурманской области (по приказу назначена отв. Артемкина М.А., врач)
2. Организована работа по выявлению в обороте недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных препаратов, обращение которых приостановлено, согласно писем Росздравнадзора. Ежемесячно предоставляется информация по фактам выявления таких препаратов в территориальный орган Росздравнадзора по Мурманской области (по приказу назначена отв. Артемкина М.А., врач)
3. В процедурном кабинете установлен прибор для регистрации параметров воздуха (гигрометр), в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 г. №706н.
4. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 г. №706н приобретен новый прибор для регистрации параметров воздуха «термометр» и установлен в бытовом холодильнике «Айсберг», расположенном в процедурном кабинете ГОБУ «МЦПД «Журавушка».
5. Организовано ведение журнала учета параметров воздуха в процедурном кабинете и в холодильнике бытовом «Айсберг», определено ответственное лицо за ведение таких журналов - старшая медсестра Колбичева Т.А. (приказ ГОБУ «МЦПД «Журавушка» «О назначении лиц, ответственных за ведение журналов учета параметров воздуха в процедурном кабинете и температурного режима холодильника» от 11.12.2015 г. № 290)

6. Обеспечено наличие карантинной зоны в процедурном кабинете в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 г. №706н.

7. Усилен внутренний контроль по качеству ведения медицинской документации и соблюдению требований приказа Минздрава РФ от 03 июля 2000 года № 241 «Об утверждении медицинской карты ребенка для образовательных учреждений». (приказ ГОБУ «МЦПД «Журавушка» «О соблюдении требований по качеству ведения медицинских карт воспитанников» от 11.12.2015 года № 289)

Директор ГОБУ «МЦПД «Журавушка»



Мальцева Г.В.